

**OBJETO I: COLPOSCÓPIO - 1 unidade**  
**OBJETO II: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FIBROENDOSCOPIA - 1 unidade**  
**OBJETO III: CARRO MACA AVANÇADO - 12 unidades**

**Resultado de Seleção nº 0014/2019 - Retificação**

Referente ao processo de Seleção nº 0014/2019, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 28/11/2019 às 17h do dia 13/12/2019. Assim, após a análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

**Item: COLPOSCÓPIO** - Quantidade: 1 (uma) unidade  
**Primeiro** menor valor unitário cotado: R\$ 10.470,00  
Fornecedor: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA não atende a todos requisitos do edital, em especial: - Campo de iluminação maior que 85 mm; - Sistema de ajuste na cabeça através de botão giratório; - Controle de iluminação na cabeça; - Elevação vertical de no mínimo 150 mm; - Base máximo 450 mm. **Assim, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna declara o fracasso desse item e orienta a abertura de novo processo licitatório.**

**Item: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL FIBROENDOSCOPIA** - Quantidade: 1 (uma) unidade  
**Primeiro** menor valor unitário cotado: R\$ 109.804,75  
Fornecedor: H STRATTNER & CIA LTDA

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor H STRATTNER & CIA LTDA não atende a todos requisitos do edital, em especial: - Campo de iluminação maior que 85 mm; - Sistema de ajuste na cabeça através de botão giratório; - Controle de iluminação na cabeça; - Elevação vertical de no mínimo 150 mm; - Base máximo 450 mm. - Profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm; - Capacidade de angulação de 130 graus para baixo; - Comprimento total de no mínimo 850 mm; - Fonte de luz de no mínimo 100 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 lâmpada reserva; - O fornecimento das pinças informado apenas 01 unidade. Ainda, não atende o valor máximo da verba pública, liberada pelo Convênio SICONV 878884/2018, qual seja, o valor de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). **Assim, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna declara o fracasso desse item e orienta a abertura de novo processo licitatório.**

**Item: CARRO MACA AVANÇADO** - Quantidade: 12 (doze) unidades  
**Primeiro** menor valor unitário cotado: R\$ 6.900,00  
Fornecedor: DEGRAUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**Segundo** menor valor unitário cotado: R\$ 9.000,00  
Fornecedor: META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA  
**Segundo** menor valor unitário cotado: R\$ 9.000,00  
Fornecedor: RC MÓVEIS LTDA  
**Terceiro** menor valor unitário cotado: R\$ 9.412,00  
Fornecedor: CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP  
**Quarto** menor valor unitário cotado: R\$ 9.490,00





MÁRIO PENNA

Fornecedor: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 12.000,00

Fornecedor: DÉLCIO MÓVEIS HOSPITALARES LTDA

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor DEGRAUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME não atende a todos requisitos do edital, em especial: - Capacidade de peso máximo 200 kg; - Posição trendelemburg e reverso trendelemburg; - Elevação pneumática da seção da cabeça até 80º e pernas através de sistema de mola a gás através de alavancas; - Espaço interno para estocagem de materiais e de cilindro de oxigênio; - Freio central simultâneo das 04 rodas; - Pedal de direcionamento; - Pedais de freio e direcionamento na cabeceira e peseira; - Rodízios de 6" em termoplástico de alta resistência; - Grades laterais rebatíveis e embutidas; - Suporte de cilindro de oxigênio com cinta para fixação; - Suporte para monitor conversível; - Cintas para transporte. Ainda, o registro do equipamento informado não foi encontrado na Anvisa. Já o fornecedor, META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA não atende a todos requisitos do edital, em especial: - Espaço interno para estocagem de materiais e de cilindro de oxigênio; - Pedal de direcionamento; - Pedais de freio e direcionamento na cabeceira e peseira; - Protetor lateral em todo o perímetro. Já o fornecedor RC MÓVEIS LTDA atende a todos os requisitos do Anexo 1, conforme proposta apresentada. **Nesse sentido, a Comissão Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação Mário Penna recomenda a adjudicação/homologação deste item à RC MÓVEIS LTDA, segundo menor valor unitário cotado.**

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

Patrícia Souza dos Santos  
Coordenadora de Manutenção  
Instituto Mário Penna

Canedo  
Natiane Pereira Canedo  
OAB/MG 133.192  
Instituto Mário Penna